检验检测报告 （电子版）

扫码下载报告

防伪查询网址：www.gttc.net.cn
防伪码：JBAF-0834-44

No:200088304

委托单位	安思尔（上海）商贸有限公司 地址：上海市中山西路1600号宏汇大厦1号楼903-905室				
客户认定信息	TOUCH N TUFF®92-600 20双 ----------				
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-20	报告签发日期	2020-04-27
判定依据	---				
综合检验结论	---				
检验检测结果	检验检测结果详见附页				
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。				

广州检验检测认证集团有限公司 检验检测专用章 (GF2)

签发：胡万丽 工程师

样品图片 （电子版）

No:200088304



广州检验检测认证集团有限公司 检验检测专用章 (GF2)

总部： 广州市番禺区珠江路1号
花都实验室： 广州市花都区狮岭镇旗岭河滨西路1号
电话:020-61994598/61994599
电话:020-37721161

检验检测报告附（电子版）

No:200088304

检验项目：抗血液传播病原体穿透性

测试方法：YY/T 0689-2008 程序 B

判定标准：---

样品	测试结果				测试通过/测试失败
	第一步（0kPa，5min）	第二步（13.8kPa，1min）	第三步（0kPa，54min）	噬菌体 Phi-X174 滴度（1.8×10^8 PFU /mL）	
阳性对照	可见穿透	可见穿透	可见穿透	可见穿透	测试失败
阴性对照	不可见穿透	不可见穿透	不可见穿透	<1	测试通过
样品 1	不可见穿透	不可见穿透	不可见穿透	<1	测试通过
样品 2	不可见穿透	不可见穿透	不可见穿透	<1	测试通过
样品 3	不可见穿透	不可见穿透	不可见穿透	<1	测试通过

结果判定	---
备注	测试时用支撑网支撑样品。

广州检验检测认证集团有限公司 检验检测专用章 (GF2)

———本报告结束———